

Standarddaten und variable Daten für Röntgenbilder

Dokumentation bei Röntgenaufnahmen nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 - 7 RöV

Parameter	gewählte Einstellung	Bemerkungen
Untersuchungsart		
Projektion		
Gerät und/oder Untersuchungsraum		hierdurch muss eine eindeutige Zuordnung zu den Daten der Abnahmeprüfung und den Standarddaten gegeben sein.
Röhrenspannung		
Strom-Zeit-Produkt (mAs)		bei Belichtungsautomatik der Wert der mAs-Nachanzeige, wenn keine DFP-Anzeige vorhanden.
Dosis-Flächen-Produkt		wenn gefordert
Film-Fokus-Abstand		
Zusatzfilter		
Raster		
Feldgröße		wenn Feldränder auf dem Film erkennbar sind, reicht die Archivierung der Röntgenaufnahme aus.
Empfindlichkeitsklasse Dosisindikator		bei Film-Folien-Systemen zusätzl. Bei digitalen Detektorsystemen

Für jede Aufnahme sind die variablen Daten anzugeben. Das gilt auch für jede Fehlaufnahme. Die Daten der Fehlaufnahme müssen als solche gekennzeichnet sein. Bei Aufnahmeserien ist die Aufzeichnung für jede Serie zu erstellen. Zusätzlich ist die Zahl der Expositionen/Serie zu erfassen.

